



西平计量
XIPING METROLOGY



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L11019

江西西平计量检测有限公司

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No. XP-2022-CQ-11100

第 1 页 共 3 页
Page of total pages

证书单位
Customer

万霖消防技术有限公司

单位地址
Address

北京市通州区西集镇国防路43号A座595

仪器名称
Name of Ins.

无线远传数显压力计

型号/规格
Model/Type

WANLIN-905

制造商
Manufacturer

/

器具编号
No. of instrument

YLJ-01

结论
Conclusion

所校准项目符合相关技术要求

批准:

何吉飞

Approved by

核验:

施波

Checked by

校准:

唐小成

Calibrated by

证书专用章

Issued by

校准检测专用章

样品接收日期: 2022 年 01 月 18 日

Date of collected:

校准日期: 2022 年 01 月 20 日

Date of calibration:

发布日期: 2022 年 01 月 20 日

Date of released:

地址: 江西省南昌市小蓝经济技术开发区富山一路1167号小蓝创业园101栋3楼

Addr: 3rd Floor, Building 101, Xiaolan Pioneer Park, No. 1167, Fushan Yilu, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang, Jiangxi, China

服务电话: 17360310023

Ser.Tel

投诉电话: 17360310023

Tel. for complaint



西平计量
XIPING METROLOGY

证书编号: XP-2022-CQ-11100
Certificate No.

第 2 页 共 3 页
Page of total pages

江西西平计量检测有限公司

1. 本次校准的技术依据

Reference Documents for the Calibration
参照JJG 875-2019《数字压力计检定规程》

2. 本次校准所使用的主要标准器具

Major Standards of Measurement Used in the Calibration

标准器名称
Equipment Name

器具编号
Equipment No.

证书编号/有效期/溯源机构
Certificate No./Due Date/Traceability

计量特性
Metrological Characteristic

数字压力计

273171C0012

GFJGJL202321912134003-001/2022-09-21/东华计量测试技术研究院

(0~2.5)MPa/0.05级

3. 校准地点和环境条件

Place and Environmental Conditions of the Calibration

地 点: 江西西平计量检测有限公司力学室

Place of the Calibration

温 度: 20.5 °C
Temperature

相对湿度: 65 %RH
Relative Humidity

注: 1. 本实验室所出具的数据均可溯源到国家计量基准和国际单位制(SI)。

Statement All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).

2. 未经本公司许可不得部分复印, 摘用或篡改本证书内容

Copying or using select parts, or tampering with this document without the permission of our academy/station is forbidden.

3. 本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效

The results presented in this document applies only to the verified instrument.

4. 本证书未加盖校准检测专用章无效

This certificate is invalid without a stamp verified.



证书编号: XP-2022-CQ-11100

Certificate No.

江西西平计量检测有限公司

校准结果

Result of Calibration

1、外观及各部分相互作用:

Appearance and interreaction:

正常

Pass

2、示值校准: (单位:

MPa)

Cal.Indication

标准压力值	被检表示值	示值误差	回程误差	允许误差	结论(P/F)	不确定度 $U_{rel}(k=2)$
Reference	Indication	Error	Return Error	MPE	Conclusion	Uncertainty
0.0	0.000	0.000	0.000	± 0.013	P	0.30%
0.5	0.498	-0.002	0.000	± 0.013	P	0.30%
1.0	0.997	-0.003	0.000	± 0.013	P	0.30%
1.5	1.499	-0.001	0.000	± 0.013	P	0.30%
2.0	1.998	-0.002	0.000	± 0.013	P	0.30%
2.5	2.496	-0.004	0.000	± 0.013	P	0.30%

校准说明: 建议再次校准时间间隔不超过12个月.

(以下空白)

(The below is blank)

