



国家防爆

防爆合格证

制造单位 万霖（北京）消防技术有限公司
（北京市通州区西集镇国防路 43 号 A 座 595）
产品名称 液位计
型号规格 WANLIN-TP904 3.7VDC
防爆标志 Ex ia IIC T6 Ga
产品标准 Q/CWANLIN-TP904-2016
总装图号 WANLIN-TP904-0

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第 4 部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.20-2010《爆炸性环境 第 20 部分:设备保护级别 (EPL) 为 Ga 级的设备》

记事:
1.本安参数: $U_i=3.7V$, $I_i=21.6mA$, $P_i=79.9mW$, $C_i=24nF$, $L_i=0$ 。
2.本产品在使用时须采取措施防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险。
3.本产品使用时应考虑介质温度的影响,确保不超过 T6 温度组别。

中心主任

王军

颁发日期

本证有效期

2019 年 4 月 8 日

2019 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 7 日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com





南阳防爆电气研究所



国家防爆电气产品质量监督检验中心 (CQST)

IECEX TL 国际实验室

美国能源部电动机效率实验室 (NVLAP)

国家安全生产甲级检测检验机构

中国人民解放军军工产品检验机构

船用防爆电气产品检验实验室 (CCS)

国家中小型电机节能认证检验实验室

机械工业防爆电气产品质量监督检验中心

国家地方联合工程实验室



全国工业产品生产许可证办公室

防爆电气产品生产许可证审查部



南阳防爆电气研究所认证中心 (CNEX CB)



中国防爆国际认证中心 (IECEX认证、欧盟ATEX认证)



CNEX-GLOBAL B.V. (IECEX CB、ATEX NB)



全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处



IEC TC31技术委员会 中国办公室



中国电器工业协会防爆电机分会



中国电工技术学会防爆电气技术专业委员会

爆炸危险场所工程设备监理中心